



TERMOENERGETIK PLUS d.o.o. LABORATORIJA

Zage Malivuk 65b, 11210 Beograd, Srbija
Tel/fax 011/ 2993-992 • www.termoenergetik.com

Laboratorija za mehanička ispitivanja ventila sigurnosti, disajnih ventila, industrijske armature, posuda pod pritiskom, kotlovskih postrojenja, cevovoda, boca i gasnih instalacija



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU I PODEŠAVANJU VENTILA SIGURNOSTI PREMA PRAVILNIKU O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE (Sl.gl.RS, br.114/21)

broj: VSPP 0963/23

IDENTIFIKACIJA NARUČIOCA ISPITIVANJA I ISPITNOG UZORKA

Naručilac/Korisnik:	Zavod za javno zdravlje - Užice / Centar za mikrobiologiju - Medicinski otpad					
Proizvođač:	Herose					
Naziv/tip:	Ventil sigurnosti sa oprugom /			Fabrički broj:	00594381 (11821)	
Nazivni otvor - DN	15(R1/2")	Nazivni pritisak - PN:	25	Zahteva.prit. otvaranja p_{zo} :	3.5	bar
Radni fluid:	-			Maks. dozvo. pritisak p_{doz} :	-	bar
Broj zahteva /datum:	0185/23 / 14.02.2023.			Radna temperature:	-	°C

PODACI O RUKOVANJU SA UZORKOM :

Prijem:	Beograd, 14.02.2023.	Ispitivanje:	Beograd, 14.02.2023.
	(mesto i datum)		(mesto i datum)

ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI PREMA PRAVILNIKU O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE (Sl.gl.RS, br.114/21), Prilog VI

Ispitivanje	Ispitni fluid	Ispitna temperatura		Ispitni pritisak		Vreme ispitivanja/ ponovljivost
Hidrauličko ispitivanje ($1.5 p_{doz}$),tač.8.1	H ₂ O	20	°C	-	bar	Tab.1 min (DA/NE)
Pneumatsko ispitivanje ($1.1 p_{doz}$),tač.8.2	N ₂	20	°C	-	bar	Tab.1 min (DA/NE)
Pritisak početka otvaranja p_o ($\pm 3\% p_{zo}$),tač.6	N ₂	21	°C	3.5	bar	3 (tri puta)
Nepropusnost na pritisku do $0.97 p_{zo}$, tač.7	N ₂	21	°C	3.34	bar	2min DA
Nepropusnost na pritisku zatvaranja, tač.7	N ₂	21	°C	3.38	bar	2min DA

Lokacija / mesto ugradnje:

TP-L, Beograd / Autoklav Belimed tip 6-6-9VS1

NAPOMENE/PRILOZI:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani ventil sigurnosti / Zapis o vizuelnom pregledu br.VP-0963/23

Ispitivanje izvršio: Durasović Zoran

Potpis:

Datum izdavanja

Izveštaja: 17.02.2023.



Tehnički Rukovodilac laboratorije

Cvejić Olivera, dipl.ing.maš.

KRAJ IZVEŠTAJA

Izveštaj o ispitivanju se odnosi samo na ispitivane uzorke. Ovaj izveštaj se sme samo reprodukovati u celini.
Na izveštaju i prilogima se mora nalaziti original pečat.



TERMOENERGETIK PLUS d.o.o
LABORATORIJA

Zage Malivuk 65b; 11210 Beograd; Srbija

Tel./fax 011/ 2993-992; www.termoenergetik.com



VP-0963/23 ,dana 14.02.2023.

Zapis o vizuelnom pregledu ventila sigurnosti prilikom

- prijema ventila

Spoljna površina kućišta ventila je u dobrom stanju, bez vidljivih oštećenja, zarez a ili pukotina.

- tokom ispitivanja i podešavanja

Tokom ispitivanja nisu primećena nikakva oštećenje, zarez i ili pukotine na unutrašnjoj površini kućišta ventila, sicu i glavi ventila.


Rad ventila je ravnomeran i osnosimetričan.

- nakon ispitivanja i podešavanja

Na ulaznom otvoru kućišta ukucan je broj ventila i pritisak otvaranja i pravilno je fiksirana opruga žicom sa plombom.



Pregled izvršio:


Đurđasović Zoran